

平成25年6月20日（木）
農林水産部林政課
直通：029-301-4026
保健福祉部生活衛生課
直通：029-301-3424

原木しいたけ（ハウス）に係る放射性物質の検査の結果について

6月19日に、出荷が制限されていない3市の原木しいたけ（ハウス）の検査を実施した結果、基準値（100Bq/kg）を下回りましたのでお知らせします。

記

原木しいたけ（ハウス）（3市，3検体）

市町村	採取日	測定日	測定機器 ※1	放射能濃度(Bq/kg)		
				Cs-134	Cs-137	Cs合計値
古河市	6月18日	6月19日	Ge	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)	検出せず
つくば市	6月17日	6月19日	Ge	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず
常陸大宮市	6月18日	6月19日	Ge	11.8	24.7	37

<検査について>

- ※1 Ge：ゲルマニウム半導体検出器（県環境放射線監視センター）
- ※2 基準値：100Bq/kg（放射性セシウム（Cs-134，137）の合計）
- ※3 「検出せず」：測定結果が（ ）内の検出下限値を下回った場合に表記