


マイワシ粗脂肪測定結果

水揚日：2026年2月2日
水揚港：銚子
漁場：N 35°58'
E 140°53'



測定機器：近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製

※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

※体重60gより小さいサイズは、誤差が大きいため参考値です。



No.	体長(cm)	体重(g)	推定脂肪量(%)
1	17.0	51.2	4
2	16.5	52.4	5
3	18.2	68.3	7
4	17.6	55.3	5
5	17.1	50.1	4
6	16.1	49.1	5
7	17.5	54.2	6
8	18.1	64.1	3
9	17.1	55.1	4
10	18.0	62.9	2
11	16.7	49.3	4
12	15.4	37.5	4
13	14.5	39.4	5
14	16.5	51.1	5
15	17.6	51.5	4
16	16.8	52.0	4
17	17.5	56.9	4
18	17.0	57.5	6
19	15.9	44.4	4
20	16.9	52.8	4
21	17.4	57.0	4
22	17.6	64.7	4
23	16.8	55.0	5
24	15.5	43.2	4
25	15.3	39.9	5
26	15.6	44.5	4
27	16.3	43.7	4
28	16.3	50.4	4
29	14.9	38.1	3
30	12.9	17.9	3

茨城県水産試験場回遊性資源部

TEL: 029-262-4172